

单一来源采购专家论证表

时间：2024 年 9 月 14 日

预算单位	北流市隆盛镇中心卫生院
使用单位	北流市隆盛镇中心卫生院
项目名称	磁共振射频信号发生器
项目金额	人民币 23.52 万元

专家 3 论证意

由于MR设备属于精密医疗影像设备，具有技术要求高，维修配件要求严格，必须原厂配件才能与原设备参数相匹配，GE 1.49T signa MR380设备为GE厂家独家生产，其材料电源电压、频率及供电功率有独立参数要求，其他厂家的难以达到要求，通用电气医疗系统贸易发展（上海）有限公司为美国通用电气公司（GE）全资子公司，江西腾浩医疗器械有限公司为其唯一销售代理商，具备承接该项目的能力。因此，江西腾浩医疗器械有限公司作为单一来源供应商，同意该采购。

专家姓名：

沈斌

工作单位：玉林市卫生学校附属医院 职称：副主任医师

单一来源采购专家论证表

时间：2024 年 9 月 14 日

预算单位	北流市隆盛镇中心卫生院
使用单位	北流市隆盛镇中心卫生院
项目名称	磁共振射频信号发生器
项目金额	人民币 23.52 万元

专家 1 论证意见

磁共振射频信号发生器，是标准专用配件，仅原厂家生产的发生器方能达到使用要求的技术参数，其他厂家生产的发生器无法替换，目前只有通用电气医疗系统贸易发展（上海）有限公司能够提供与原技术参数相一致的发生器。

根据《中华人民共和国政府采购法》有关规定“只能从唯一供应商处采购”和《中华人民共和国政府采购法实施条例》规定采用单一来源采购方式，通用电气医疗系统贸易发展（上海）有限公司是本项目唯一供应商，竞标单位是江西腾浩医疗器械有限公司，是通用电气医疗系统贸易发展（上海）有限公司授权单位。

专家姓名：谭文斌

工作单位：玉林市检验检测研究院 职称：副高级工程师

单一来源采购专家论证表

时间：2024 年 9 月 14 日

预算单位	北流市隆盛镇中心卫生院
使用单位	北流市隆盛镇中心卫生院
项目名称	磁共振射频信号发生器
项目金额	人民币 23.52 万元
专家 2 论证意见	磁共振射频信号发生器为精密影像 MR 设备中具有关键性作用的零部件，其技术参数要求高，稳定性、耐用性也要满足原 GE 1.4T Signa MR380 设备的要求。因原设备对该零件的电流、电压、容量有独特的要求，其他厂家的射频信号发生器无法达到其要求。该设备具有单一性，只能从原通用电气医疗系统贸易发展（上海）有限公司授权的：江西腾浩医疗器械有限公司采购。 综上所述，同意磁共振射频信号发生器的采购作为单一来源采购。 专家姓名：吴震 工作单位：玉林市第一人民医院 职称：工程师